



## Notice concernant l'évacuation et le transport de conteneurs pour « déchets médicaux susceptibles de provoquer des blessures (Sharps) »

Lors de l'évacuation et du transport de conteneurs pour déchets médicaux spéciaux susceptibles de provoquer des blessures, la troupe et le centre logistique doivent observer les prescriptions suivantes :

1. Les déchets médicaux susceptibles de blesser (aiguilles, cathéters, lames de scalpels, etc.) doivent être déposés dans des conteneurs d'évacuation appropriés, sur le lieu même de leur utilisation.  
Le détenteur / pourvoyeur de déchets est responsable d'assurer que la manipulation se fasse de manière conforme aux dispositions légales. Des conteneurs adéquats peuvent être obtenus auprès de la Pharmacie de l'armée (Pharm A) / BLA Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen.  
Les bases légales afférentes sont fournies par l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD), l'aide-mémoire de l'OFEFP (OFEFP = aujourd'hui OFEV) sur l'élimination des déchets médicaux et l'ADR/SDR (accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route).
2. Les conteneurs résistant au percement, étanches et verrouillables doivent être fermés correctement en cliquant le grand couvercle jaune cranté. Le couvercle intérieur plus petit permet d'ouvrir et refermer rapidement un conteneur placé quelque part pour un certain temps. Après avoir rempli le conteneur avec les derniers déchets, le petit couvercle intérieur doit être bloqué en pressant fortement vers le bas (faire tourner le couvercle jusqu'à la butée, puis presser vers le bas). Après cette manipulation, le conteneur ne peut plus être ouvert !



Fermeture définitive du couvercle intérieur

3. Les déchets spéciaux emballés dans des conteneurs contrôlés pas l'ONU sont classés marchandises spéciales par l'ADR et doivent porter l'autocollant avec le numéro de l'ONU **UN 3291** pour déchets cliniques. Les conteneurs fournis par la Pharm A sont livrés munis de l'inscription correcte. Il est à noter que les deux parties, conteneur proprement dit et couvercle à cran, sont livrées séparément. Les conteneurs non utilisés doivent être renvoyés tels qu'ils ont été livrés (dans ce cas, veuillez S.V.P. ne PAS placer le couvercle sur le conteneur !)



4. Un document de transport doit être établi lors de l'expédition / évacuation des conteneurs de déchets utilisés et remplis. Le document de transport doit contenir les données indiquées dans l'exemple ci-dessous :

| DOCUMENT DE TRANSPORT DDPS                          |  |  |      |        |      |      |
|---|--|--|------|--------|------|------|
| Date  |  | No du bulletin de livraison                          |      |        |      |      |
| ADRESSE EXPÉDITEUR                                  |  | ADRESSE DESTINATAIRE                                 |      |        |      |      |
| Exploitation / Entreprise                           |  | Exploitation / Entreprise Pharmacie de l'Armée / BLA |      |        |      |      |
| Nom / Prénom  |  | Nom / Prénom   |      |        |      |      |
| Rue   |  | Rue Worblentalstrasse 36                             |      |        |      |      |
| NPA / Lieu  |  | NPA / Lieu 3063 Ittigen                              |      |        |      |      |
| Nombre  | Bidons / Fûts / Articles / Emballages (ordre des indications selon 5.4.1.1.1 ADR)  | Quantité (unités de mesure selon 1.1.3.6.3 ADR)      |      |        |      |      |
|   |  | Catégorie de transport ==>                           |      |        |      |      |
|   |  | CT 0   | CT 1 | CT 2   | CT 3 | CT 4 |
| 1   | caisse UN 3291 déchets d'hôpital non spécifié (sharps), 6.2. II récipient avec déchets médicaux présentant un risque de blessure |  |      | 20.000 |      |      |
| Quantités totales par catégorie de transport        |  |  |      | 20.000 |      |      |
| Coefficient   |  | 1000   | 50   | 3      | 1    |      |
| Nombre de points obtenus par catégorie de transport |  | -  | -    | 60     | -    | -    |
| Trsp dans les tunnels selon SDR (facultatif): Q =   |  | Total des points: 60                                 |      |        |      |      |

Inscrire le nombre des caisses

Introduire le poids (kg) total dans la colonne „CT2“

5. Chaque palette doit être munie de la **feuille de danger de la classe de 6.2**. L'utilisation de la palette à usage unique en tant que suremballage nécessite l'apposition de l'inscription correspondante « Suremballage UN 3291 » :



En cas de questions, veuillez contacter:

Christina Bovard Reusser  
Pharmacie de l'armée PPT / Officine  
Worblentalstr 36, 3063 Ittigen  
Tél +41 31 324 34 14 Fax +41 325 73 54  
[christina.bovard-reusser@vtg.admin.ch](mailto:christina.bovard-reusser@vtg.admin.ch)